

吴川市动物疫病预防控制中心

关于采购 2025 年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材的公告

根据《中华人民共和国动物防疫法》《广东省动物防疫条例》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，为进一步加强我市重大动物疫病防控工作，全面落实流调监测工作。吴川市动物疫病预防控制中心就 2025 年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材进行公开询价采购，诚邀符合资格条件的供应商单位前来参与。

现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 采购单位：吴川市动物疫病预防控制中心

2. 项目名称：2025 年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材采购项目

3. 项目金额：最高限价 20 万元

二、采购内容

产品名称、数量、规格等技术参数要求见附件。

三、供应商资格条件

1. 必须具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2. 参加本次报名前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

四、供应商须知

1. 供应商按项目要求报价, 加盖单位公章后有效(涂改无效); 报价时必须按要求注明所投产品的名称、规格、品牌、单价等, 所投产品的规格、技术参数等不符合要求的视为无效投标。

2. 本项目报价包括货物、运输、售后服务、税金等所有相关费用。

3. 供应商不得恶意竞价, 恶意竞价响应无效。

4. 中标供应商需在签定采购合同后一个月内发货, 采购资金待市财政局的专项资金到账后即完成支付。

五、材料报送相关要求

(一) 报价函;

(二) 具有独立承担民事责任的能力证明材料;

(三) 法定代表人投标的须出具法定代表人身份证明, 委托代理人投标的须提供本人身份证及法定代表人授权委托书;

(四) 依法缴纳税收(提供近六个月中任意一个月的纳税发票或银行纳税转账凭证或税务局出具的纳税证明, 三种凭证其中任一种即可)、依法缴纳社会保障资金(提供近六个月中任意一个月的社保缴纳发票或交纳社保的银行转账凭证或社保局出具的正常缴纳社保证明, 三种凭证其中任一种即可);

（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书（格式自拟）；

（六）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果网页截图（提供自公告发布之日起至报名截止时间前的网页截图并加盖单位公章）；

（七）供货服务方案；

（八）质量保证方案；

（九）售后服务方案；

（十）供应商认为需要提供的其他材料。

参选单位所提供的材料内容必须清晰可辨及保证所提供材料的真实性，无法辨识的材料将视为无效；并按以上顺序结合评分表内容整理提交报名资料（装订成套，一式三份），1-9项目为必须提供的材料，相关材料加盖公章装入密封袋，封面上注明项目名称、采购人单位名称、供应商单位名称、联系人及联系方式。必须提供的材料不齐全或提供虚假材料者，作废标处理，不参与评审。

六、遴选原则

本次采用遴选方式，按照公平、公正、公开择优的原则，根据参选单位递交的材料进行综合评分择优选取，评分细则见附件1，得分最高即为中标单位，如存在参选单位最高得分相同的情

况，将上报吴川市农业农村局集体研究决定。遴选结果将在网上公示，公示期为5个工作日。

八、报送时间、地点及联系人：

（一）报名材料提交时间：2025年12月11日至2025年12月17日17:00（工作日上班时间）。有关报价资料等可邮寄至我中心，逾期送达将拒收报价资料。

（二）报名材料提交地点：吴川市动物疫病预防控制中心，广东省吴川市梅菪街道解放北路49号；

（三）联系人：李卓文，联系方式：0759-5611363。

附件：

1. 2025年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材采购项目评分表
2. 2025年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材采购项目产品清单

吴川市动物疫病预防控制中心

2025年12月11日



附件 1

2025 年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材采购项目评分表

序号	评分内容	满分	评分标准
1	报价部分 (30 分)	报价得分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足询比文件要求且最终报价最低的最终报价为评标基准价，其价格分得满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分=（评标基准价/最终报价）×30 注：1. 价格分计算保留小数点后二位；
2	技术部分 (30 分)	技术指标 (30 分)	1. 所投产品各项技术指标满足询比文件要求的得满分 30 分。 2. 技术参数如有负偏离，★号项一项负偏离在满分的基础上扣 3 分；非★号项每一项负偏离在满分的基础上扣 1 分，扣完为止。 3. 标注★号的，需提供能证明参数响应情况的相关证明文件等，不能提供证明文件的视为负偏离。
3	商务部分 (40 分)	供货服务方案 (15 分)	①供应商供货方案内容完整详尽、科学合理、措施考虑周全，完全能够保障项目顺利实施的，得 15 分； ②供应商供货方案内容完整、合理，有较好的供货措施，能够保障项目实施的，得 10 分； ③供应商供货方案内容基本合理，基本能够保障项目实施的，得 5 分； ④供应商整体供货方案内容欠缺，考虑不够全面或本项缺项的，得 0 分。
4		质量保障方案 (10 分)	①供应商充分结合项目特征，提出具有针对性的具体质量保障措施，能够完全保障招标人要求，项目履行环节科学严谨；且针对过程中各潜在风险点有切实可行的应急措施的，得 10 分； ②供应商能够结合项目特征，提出有一定针对性的质量保障措施，能够基本保障招标人要求，项目履行环节较为严谨；针对过程中部分风险点有可行的应急措施的，得 7 分； ③供应商不能充分结合项目特征，仅提出基本的质量保障措施。应急措施较简略，针对性不强的，得 3 分； ④供应商量保障措施和应急措施不完整或本项缺项的，得 0 分。

5		售后服务方案 (10分)	①供应商充分结合项目特征，售后服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求且违约责任承担具体明确的，得10分； ②供应商能够结合项目特征，售后服务方案内容完整，承诺响应不够及时、措施不完善、针对性一般，满足采购人实际需求，具有违约责任承诺的，得7分； ③供应商不能充分结合项目特征，售后服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、针对性差，难以满足采购人实际需求或无违约责任承诺的，得3分； ④供应商售后服务方案和措施不完整或本项缺项的，得0分。
6		业绩 (5分)	供应商具有2024年01月01日以来类似业绩的，每提供一个得1分，同一采购单位的业绩只算一份业绩，最多得5分（以合同原件扫描件、中标通知书或网站截图作为评审依据，时间以合同签订时间为准，缺项不得分）。

附件 2

2025 年动物防疫物资和兽医实验室设备耗材采购项目产品清单

序号	名称	采购数量	规格	产品要求
1	口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	6 盒	2*96	1. 用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒 O 型抗体。 2. 试剂盒主要组成：FMDV-O 竞争包被板、FMDV-O 竞争酶结合物、FMDV-O 竞争样品稀释液、FMDV-O 竞争阴性对照、FMDV-O 竞争阳性对照、显色液 A、显色液 B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 3. 一步法，反应时长 45 分钟。 ★4. 获得农业农村部兽药批准文号。
2	口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	6 盒	2*96	1. 用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒 A 型抗体。 2. 试剂盒主要组成：FMDV-A 竞争包被板、FMDV-A 竞争酶结合物、FMDV-A 竞争样品稀释液、FMDV-A 竞争阴性对照、FMDV-A 竞争阳性对照、显色液 A、显色液 B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 3. 一步法，反应时长 45 分钟。 ★4. 获得农业农村部兽药批准文号。
3	小反刍兽疫病毒竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	2 盒	2*96	1. 用途：采用酶联免疫竞争法检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。 2. 试剂盒组成：PPRV 包被板（cELISA）、PPRV 酶结合物（cELISA）、PPRV 阴性对照（cELISA）、PPRV 阳性对照（cELISA）、显色液 A、显色液 B、终止液、浓缩洗液。 ★3. 质量稳定，提供中国动物疫病预防控制中心参与研制证明材料。 ★4. 有农业农村部兽医诊断中心比对报告。 ★5. 获得农业农村部兽药批准文号。
4	禽流感病毒 H5 亚型荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1 盒	50T	1. 用途：采用探针法实时荧光 RT-PCR 技术，用于检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、尿囊液等样本中的禽流感 H5 亚型病毒，检测结果可用于 AIV-H5 感染的辅助诊断。 2. 保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期为 12 个月。 3. 试剂盒组成：反应液、阳性对照、阴性对照。 ★4. 获得农业农村部兽药批准文号。

5	禽流感病毒 H7 亚型荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1 盒	50T	1. 用途: 采用探针法实时荧光 RT-PCR 技术, 用于检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、尿囊液等样本中的禽流感 H7 亚型病毒, 检测结果可用于 AIV-H7 感染的辅助诊断。 2. 保存及有效期: 试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存; 试剂盒保存有效期为 12 个月。 3. 试剂盒组成: 反应液、阳性对照、阴性对照。 ★4. 获得农业农村部兽药批准文号。
6	口蹄疫病毒 O 型荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1 盒	50T	1. 采用探针法实时荧光 RT-PCR 技术, 用于检测猪、牛、羊等偶蹄动物全血、鼻腔拭子、口腔拭子以及淋巴结、脾、肾、肺等样本中的口蹄疫 O 型病毒, 检测结果可用于 FMDV-O 感染的辅助诊断。 2. 含有荧光 PCR 检测所需引物、探针、预混液等: 反应液、阳性对照、阴性对照。
7	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 核酸检测试剂盒	4 盒	50T	1. 用途: 采用探针法实时荧光 PCR 免提取技术, 用于猪咽拭子、唾液、血液、组织样品、环境拭子、车辆、饲料等样品的非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2. 保存及有效期: 试剂盒应置于 -30~-15℃保存; 试剂盒保存有效为 12 个月 3. 试剂盒组成: 荧光 PCR 反应液 (ISC), 阳性对照, 阴性对照, 产品说明书。 4. 反应体系 25ul, FAM 和 VIC 荧光信号, 其中 FAM 为靶标基因, VIC 为内参基因。 5. 反应程序: 阶段一预变性 95℃15sec, 阶段二: 扩增阶段, 95℃10sec, 60℃30sec, 在每个循环第二步 (60℃℃30sec) 收集荧光信号, 共 45 个循环。 6. 产品在动物疫病诊断生物制品 GMP 车间分子生物学类诊断制品生产线生产。 ★7. 获得农业农村部兽药批准文号。
8	DNA/RNA 提取试剂盒 (柱式)	4 盒	50T	柱式提取
9	禽流感 H5 抗原	4 瓶	2ml/瓶	冻干粉, 抗原效价 $\geq$ 1:128, 有效期 $\geq$ 12 个月。获得农业农村部兽药批准文号。
10	禽流感 H7 抗原	4 瓶	2ml/瓶	2ml/瓶 2ml/瓶, 冻干粉, 抗原效价 $\geq$ 1:128, 有效期 $\geq$ 12 个月。获得农业农村部兽药批准文号。
11	布氏菌病虎红平板凝集试验抗原	4 瓶	10ml/瓶	1. 采用平板凝集方法可检测牛、羊、猪血清中的布氏菌抗体。 2. 保存及有效期: 试剂 2~8℃存放; 有效期为 12 个月。 ★3. 获得农业农村部兽药批准文号。
12	兽用高精度红外线测温仪	80 支	非接触式	操作环境温度 15-40℃, 储存温度 0-50℃
13	5ML 一次性采血器	5000 支	6 号、12 号针头	6 号针头 4000 支, 12 号针头 1000 支, 带标签

14	医用无菌消毒棉签	10000 支	5~10cm	医用无菌
15	医用蓝色无粉丁腈手套	6000 双	无	S、M、L 码各 2000 双
16	空气消毒机	1 台	外观尺寸 ≥316.5 ×310× 680 (mm ³), 可移动落 地设备	1、采用等离子体+活性雾离子消毒灭菌, 杀菌广谱、彻底; 内含 HEPA 高效复合过滤器, 可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒; 2、外观尺寸≥316.5×310×680 (mm³), 可移动落地设备; 3、人机共存, 可在有人状态下进行连续动态消毒, 对人及物品没有任何伤害; 4、额定循环风量>500m³/h; 5、颗粒物洁净空气量 CADR≥600m³/h, 甲醛洁净空气量 CADR≥130m³/h; 6、颗粒物累计净化量 CCM 等级≥P4, 甲醛累计净化量 CCM 等级≥F2; 7、电源 220V 50Hz; ★8、可向环境中主动释放羟基自由基消毒因子, 羟基自由基释放效率应不小于 6.9×10¹¹ 个/s, 释放的羟基自由基寿命不低于 8 分钟; 9、产生的羟基自由基安全性通过急性吸入式毒性实验验证; 10、设备搭配 4G/5G 通讯芯片, 可接入物联网设备管理平台, 登录管理平台后可在线查看设备运行参数和状态、耗材使用寿命, 可在线远程控制设备的开启与关闭; ★11、所采用的消毒技术, 对布片上的布鲁氏菌的杀灭率为 100%; 对非洲猪瘟病毒杀灭率>99.9% (需提供权威认证检测机构或权威科研机构的检测报告); 所采用的消毒技术在 120min 内, 对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 的杀灭率应大于 95.00% (需提供权威认证检测机构或权威科研机构的检测报告)
17	器皿柜	2 个	900*450* 1800mm	全钢结构、对开门, 包含拆旧、安装
18	试剂柜	2 个	900*450* 1800mm	全钢结构、对开门, 包含拆旧、安装
19	实验边台	16 米	750*850	钢木结构, 12.7mm 实心理化板台面 (共 4 套), 包含拆旧、安装
20	角柜	3 个	1000*100 0*850	钢木结构, 12.7mm 实心理化板台面, 包含拆旧、安装
21	PP 水槽	3 套	550*450* 310	PP 材质, 配套包含三口水龙头, 瓷质阀芯、铜质尖嘴, 包含拆旧、安装
22	PP 滴水架 (含背板)	3 套	400*550* 120	PP 材质, 包含拆旧、安装

23	五孔多功能插座（含钢制线盒）	12 个	220V 10A	符合国标要求，包含拆旧、安装
----	----------------	------	----------	----------------